

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 9 – Trener do upakowywania ran	
L.p.	WYMAGANE PARAMETRY / CECHY / FUNKCYJALNOŚCI MINIMALNE
1.	Trenażer przeznaczony do nauki kontroli masywnych krwotoków w obrębie dolnej części ciała (okolica miednicy/pachwin) z realistycznym odwzorowaniem anatomicznym dolnej części ciała dorosłego mężczyzny.
2.	Trenażer umożliwiający ćwiczenia tamowania krwawienia z wizualną informacją zwrotną o skuteczności wykonania procedury.
3.	Trenażer posiadający co najmniej dwa punkty krwawienia odpowiadające różnym typom urazów (np. rana kłuta i rana postrzałowa), a także ranę wlotową, ranę ukrytą oraz odwzorowaną stabilność miednicy.
4.	Trenażer umożliwiający szkolenie w zakresie co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - oceny pacjenta, - zakładania opaski stabilizującej miednicę, - identyfikacji ran wlotowych i wylotowych, - kontroli masywnego krwotoku, - zakładania opaski uciskowej w okolicy stawów (opaska typu junctional), - zakładania opaski uciskowej w okolicy stawów (opaska typu junctional), - zakładania opaski uciskowej kończynowej (np. z mechanizmem kołowrotka), - pakowania ran (upakowywania rany).
5.	Trenażer umożliwiający generowanie krwawienia z jednego lub dwóch źródeł.
6.	Trenażer umożliwiający ocenę nieskutecznego zabezpieczenia rany lub nieprawidłowego założenia opaski uciskowej (informacja zwrotna/ ocena efektywności).
7.	Trenażer przystosowany do użycia opasek stabilizujących miednicę, opasek uciskowych typu junctional oraz opasek uciskowych kończynowych.
8.	W jednym zestawie (minimalny skład): <ul style="list-style-type: none"> - 1 × trener, - 1 × walizka transportowa, - 1 × pompa ciśnieniowa z przewodem, - 1 × koncentrat sztucznej krwi (250 ml), - 1 × lejek do napełniania, - 1 × mata silikonowa.
INNE WYMAGANIA	
9.	Przedmiot oferty fabrycznie nowy (nie demonstracyjny, nie powystawowy), kompletny, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
DOKUMENTACJA	
10.	Instrukcja użytkowania w j. polskim w wersji elektronicznej - dostarczenie wraz z dostawą. W przypadku braku autoryzowanej przez producenta instrukcji w języku polskim, należy dostarczyć oryginalną wersję instrukcji (w języku angielskim) oraz jej tłumaczenie na język polski.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE	
11.	<p>Materiały informacyjne producenta dotyczące przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, instrukcje lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji itp.), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów – dotyczy L.p. 1-7.</p> <p>Dopuszcza się złożenie uzupełniającego oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych (w przypadku złożenia oświadczenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające autoryzację producenta wystawioną na rzecz tego podmiotu).</p>
TERMIN i SPOSÓB REALIZACJI	
12.	Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
13.	<p>Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do następujących lokalizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa (10 sztuk), 2) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. C. Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok (3 sztuki), 3) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ul. Dębki 7, 80-952 Gdańsk (3 sztuki), 4) Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dra K. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin (3 sztuki).
WARUNKI GWARANCJI	
14.	Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz funkcjonalności na dostarczony towar na okres 24 miesięcy , licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego.
15.	<p>Warunki gwarancji będą realizowane według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) czas reakcji serwisu, licząc od zgłoszenia awarii lub wady (e – mail): <ol style="list-style-type: none"> a) przyjęte zgłoszenie – maksymalnie 1 dzień roboczy; b) podjęta naprawa maksymalnie 2 dni robocze. 2) czas oczekiwania na usunięcie wad lub usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii lub wady przez Zamawiającego; 3) liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany towaru na nowy – 3 naprawy tego samego elementu, podzespołu; 4) czas naprawy gwarancyjnej (przerwa w eksploatacji łącznie z naprawą gwarancyjną) dłuższy niż 5 dni przedłuży okres gwarancji o ten czas; 5) gwarantowany okres dostępności części zamiennych od daty dostawy (w latach) – min. 10 lat; 6) na elementy wymieniane i naprawiane okres gwarancji biegnie ponownie od momentu wymiany, naprawy danego elementu; 7) serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta dostarczonego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

